

平成 27 年 11 月

お客様 各位

セイリン株式会社 国内営業部
静岡県清水区袖師町 1007-1

セイリン鍼「M タイプ」鍼管仕様変更のご案内

拝啓 貴院ますますご発展のこととお喜び申し上げます。平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、この度セイリン鍼「M タイプ」の鍼管を一部仕様変更することいたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。

セイリン鍼「M タイプ」は、柔らかい素材で皮膚へのあたりの良さで人気商品となっておりますが、溶着の外しやすい鍼管のご要望や、刺鍼後、鍼管を抜くときに溶着部分において引っかかる事が稀にあり、改良のご依頼を頂いておりました。今回、その改良品として鍼管の内径、外径を若干ではありますが大きくする仕様に変更する事に致しました。

つきましては、現商品の在庫が無くなり次第、順次、改良された鍼管の商品へと切り替えさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

弊社におきましては、今後とも、安心・安全な鍼灸医療確立に向け、商品の改良・改善に努めて参りますので、何卒ご理解賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

まずは、書面にてセイリン鍼「M タイプ」鍼管仕様変更のご案内を申し上げます。

敬具